

ZERTIFIKAT

Es wird hiermit bestätigt, dass das

Volumenstromregelsystem FC400M

des Herstellers

Hans Schneider Elektronik GmbH

bestehend aus

**Regelung FC400
Messsystem mit Stellklappe VK-250-PPS-K-0-FF
Seilzugpotentiometer SPS100
Strömungssensor AFS100**

der lufttechnischen Prüfung entsprechend

EN 14175 Teil 6

in einem Kanaldruckbereich von **100 – 1000 Pa** unterzogen wurde.

Die Details und die Beschreibung der einzelnen Prüfungen
sind im Bericht

FCS/EN/80/T6/2022

enthalten, der dem Hersteller übergeben wurde am

27. September 2022

Tintschl BioEnergie und Strömungstechnik AG
Goerdelerstr. 21
91058 Erlangen

Geprüft von:

.....
Dipl.-Ing. Bernd Schubert

Gemessen von:

.....
Dipl.-Chem. Sulay Tröger

Erlangen, 27.09.2022

