

ZERTIFIKAT

Es wird hiermit bestätigt, dass das

Volumenstromregelsystem FC200

des Herstellers

Hans Schneider Elektronik GmbH

bestehend aus

**Regelung FC200
Messsystem mit Stellklappe VK-250-PPS-K-0-FF
Seilzugpotentiometer SPS100
Strömungssensor AFS100**

der lufttechnischen Prüfung entsprechend

EN 14175-6:2006

in einem Kanaldruckbereich von **100 – 600 Pa** unterzogen wurde.

Die Details und die Beschreibung der einzelnen Prüfungen
sind im Bericht

FCS/EN/82/T6/2025

enthalten, der dem Hersteller übergeben wurde am


27.03.2025.

Tintschl BioEnergie und Strömungstechnik AG
Goerdelerstr. 21
91058 Erlangen

Gemessen und geprüft von:



Alexander Strobel, M. Sc.



Manzur Ahmed, M. Sc.

Erlangen, 27.03.2025



BioEnergie und Strömungstechnik AG